

deklaracja zgodności

Jako producent oświadczamy na własną odpowiedzialność, że poniższe produkty są zgodne z odpowiednimi postanowieniami następujących dyrektyw.

Kategoria:	Nieautomatyczne elektroniczne wagi niemowlęce				
Produkty:	375	376	378	757	336
Zatwierdzenia typu WE	D05-09-024		CH-W1-13014-00		D13-09-001
Klasa dokładności	III	III			
Opcjonalnie z bezprzewodową transmisją danych		x			
Klasyfikacja jako wyrób medyczny	Klasa I z funkcją pomiarową				

Dyrektyw:

2009/23/WE Dyrektywa w sprawie wag nieautomatycznych

93/42/EWG Dyrektywa dotyczącej wyrobów medycznych

Zastosowane normy zharmonizowane, normy krajowe lub inne dokumenty normatywne:

EN 45501 Zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych

EN 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne - Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych

EN 60601-1-2 Medyczne urządzenia elektryczne - Kompatybilność elektromagnetyczna

Zastosowane przy transmisji danych:

EN 300 328 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - 2,4GHz

EN 301 489-1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Ogólne wymagania techniczne

EN 301 489-17 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowych systemów transmisji danych

Producent:
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 9-25
22089 Hamburg, Niemcy

Jednostki akredytowane:
Hessische Eichdirektion
Holzhofallee 3
64283 Darmstadt, Niemcy

TÜV SÜD Product Service GmbH
Ridlerstrasse 65
80339 München, Niemcy



Hamburg, 13 / 11 / 2013



Frederik Vogel
CEO Development & Manufacturing